

## 「㊟分離剤入り容器（生化学）」回収のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「㊟分離剤入り容器（生化学容器）」につきまして、容器製造元のニプロ株式会社より、一部製造ロットに溶血を起こす恐れがある旨の報告がありました。

つきましては、3月11日以降に弊社がお届けいたしました下記の該当ロット容器を新ロット容器と交換させていただきますので、お手元にごございますニプロ株式会社の「該当ロットの分離剤入り容器」を弊社担当者にご返却下さる様お願い致します。

先生方には大変お手数をお掛け致し誠に申し訳ございませんが、御理解及び御協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2008年4月25日

### 【記】

◇ご使用を控えていただくロット

対象品番:30-121

規 格:NP-SP1029

製造番号:08A31、08B01、08B02、08C06、08C07

◇ご使用いただけるロット

対象品番:30-121

規 格:NP-SP1029

製造番号:08A27、08A28S、08A29、08A30、08B03、08B04、08B05S

08C08、08C09、08C10、08C11、08D05、08D06、08D07

08D08、08D09、08D10、08D11S

お問い合わせは最寄りの営業所または、  
本社・研究所にお願いいたします。

**SMS** 株式会社 **昭和メテカルサイエンス**  
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2  
TEL 042 (795) 6000