

汎用針付注射筒「ニプロシリンジ注射針付 10mL」 自主回収のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より、供給させて頂いております汎用針付注射筒(シリンジ注射針付)につきまして、製造販売元であるニプロ株式会社より、不具合が生じる可能性がある製品が流通している為、自主回収するとの連絡がありました。

ニプロ株式会社からの案内では、流通しております当該製品の一部において、注射筒の先端の接続部分に、押しつぶしたような変形が認められ、これにより、注射針との密着性が悪くなり、空気の引き込みや液漏れが発生する場合があります為、自主回収に至ったとのことです。尚、この事象により、健康被害に至るおそれは極めて低いものと考えられるとのことであります。

つきましては、弊社担当員が回収対象製品の確認及び回収に伺いますので、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

誠に突然のことで、先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2015年7月

※ 回収対象製品に関する詳細は裏面をご参照下さい。

「製品名:ニプロシリンジ(注射針付10mL)」

商品コード	対象品番	対象製造番号	
08-616	DS10ML 21Gx1 1/2"R	13L18	14F16
		14A20	14G22
		14B17	14I19
		14C14	14J20
		14D14	14K22
		14E16	15A28
08-614	DS10ML 22Gx1 1/4"R	13L10	14F16
		13L12	14G18
		13L16	14G22
		14A14	14H23
		14A16	14H25
		14A17	14H27
		14B10	14I12
		14B12	14I16
		14B17	14I17
		14C10	14J16
		14C13	14J17
		14C14	14J20
		14D10	14K19
		14D11	14K20
		14E12	14L15
		14E14	14L18
		14E16	15A21
		14F11	15A24
14F13	15A26		