



No.2022-15

『1,25-(OH)₂ ビタミン D』 検査結果報告遅延のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、標記検査項目につきまして、試薬製造販売元(富士レビオ株式会社)より、次回入荷予定の試薬において、同梱しておりますキャリブレーターの設定濃度が出荷規格を満たしていないことが確認された為、試薬の納品が遅延する旨の連絡がございました。

このため、2022年6月28日(火)受付分以降にお預かりする検体につきましては、検査結果の報告が遅延いたしますことを取り急ぎご案内申し上げます。

報告遅延解消の際には、改めてご案内申し上げます。

先生方には大変急なお知らせでご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2022年6月

【記】

◇対象項目

項目コード	検査項目名
2235	1,25-(OH) ₂ ビタミンD

2022年6月28日(火)受付分より報告遅延

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市南町田三丁目45番18号
TEL 042 (795) 6000